Wsparcie Szpitala

Checklista audytu polisy sprzętu medycznego

7 punktów kontrolnych przed podpisaniem lub odnowieniem umowy

Standardowa polisa majątkowa zwykle nie pokryje wewnętrznej awarii tomografu ani rezonansu. Przejdź przez poniższe punkty, zanim zaakceptujesz ofertę.

1. **Formuła ochrony sprzętu** ☐
   Czy aparatura jest objęta w formule all risk w ramach dedykowanej polisy sprzętu elektronicznego (EEI), a nie tylko od ryzyk nazwanych w polisie mienia?

2. **Awaria wewnętrzna w zakresie** ☐
   Czy umowa wprost obejmuje awarię wewnętrzną, przepięcie, działanie prądu i błąd operatora — najczęstsze przyczyny unieruchomienia diagnostyki?

3. **Suma = wartość odtworzeniowa** ☐
   Czy suma ubezpieczenia odpowiada pełnej, nowej wartości odtworzeniowej urządzenia? Zaniżenie uruchamia zasadę proporcji i obniża każdą wypłatę.

4. **Klauzula konserwacji (MRI/CT)** ☐
   Czy placówka ma aktywną, udokumentowaną umowę konserwacji z autoryzowanym serwisem? Przy rezonansie bywa to warunek odpowiedzialności ubezpieczyciela.

5. **Franszyzy i udziały własne** ☐
   Jaka jest franszyza redukcyjna i udział własny (np. 10% przy upadku)? Czy suma ubezpieczenia jest konsumowana po wypłacie odszkodowania?

6. **Katalog wyłączeń** ☐
   Czy przeanalizowano wyłączenia: zużycie, korozja, gwarancja producenta, szkody cyber, promieniowanie jonizujące, materiały eksploatacyjne (hel, azot)?

7. **Rozszerzenie o utratę zysku** ☐
   Czy polisa obejmuje utratę zysku w następstwie awarii? To często jedyny instrument chroniący płynność w okresie wielotygodniowego przestoju.

© wsparciedlaszpitala.pl 2026 — materiał edukacyjny, nie stanowi porady ubezpieczeniowej

Wsparcie Szpitala

Trzy konstrukcje — co realnie chroni

Ubezpieczenie mienia

Zdarzenia zewnętrzne: pożar, zalanie, kradzież. Awaria wewnętrzna sprzętu zwykle poza zakresem.

Sprzęt elektroniczny (EEI)

All risk dla elektroniki: awaria wewnętrzna, przepięcie, błąd operatora. Punkt wyjścia dla diagnostyki.

Maszyny od awarii

Szkody o źródle wewnętrznym — elektryczne i mechaniczne. Dobre dla sprzętu mechanicznego.

Pełna analiza w artykule eksperckim

Mechanizm wyłączeń, specyfika rezonansu, kriogenika, niedoubezpieczenie i utrata zysku — szczegółowo omówione w materiale źródłowym.

Czytaj pełny artykuł

Adres artykułu:

https://wsparciedlaszpitala.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-aparatury-medycznej-czy-standardowa-polisa-pokryje-awarie-tomografu-lub-rezonansu/

© wsparciedlaszpitala.pl 2026 — materiał edukacyjny, nie stanowi porady ubezpieczeniowej